Mode d'emploi du stimulateur

1



Connectez les électrodes aux câbles.

2



Posez les électrodes sur la peau.

3

Insérez le ou les câbles dans les connecteurs de sortie situés en bas du dispositif.

4

Appuyez sur le bouton « ON/OFF ».

5

Appuyez sur le bouton PROGRAMME « P » du canal désiré.

6

Faites varier les numéros de programme avec les flèches haut/bas du canal concerné.

7

Confirmez en appuyant sur la touche OK.

8

Démarrez la stimulation en appuyant sur la flèche Augmentation jusqu'à l'obtention du niveau de stimulation souhaité.

9

Reproduire la même procédure avec le 2ème canal si désiré.